



Број: 4153/5-1  
Датум: 07.06.2017.год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – санитарски потрошни материјал за интервентну радиологију по партијама за период до годину дана, ЈН ОП 26Д/17, даје

### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересована лица су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:**

***Питање 1.***

У партији 1 - Микросфере за емболизацију лека, наведено је да су микросфере за емболизацију, тражених димензија, намењене за администрацију лека. Потребно је да се појасни да ли се ради о техничкој грешки, обзиром да техничка спецификација из конкурсне документације указује да се траже микросфере за емболизацију које немају намену администрације лека.

**Одговор наручиоца:**

У вези са партијом 1, у питању је техничка грешка, ради се о микросферама за администрацију лека, а не о сферама за емболизацију.

***Питање 2.***

Да ли су за наручиоца прихватљиве микросфере за администрацију лека, из партије 2, промера 50-200 атмосфера?

**Одговор наручиоца:**

Ради се о техничкој грешки, партија 2 се односи на микросфере за допремање лека, запремине 2ml у шприцу од 10ml, дијаметра од 70-150 микрона.

***Питање 3.***

Да ли је за наручиоца прихватљив сет тражене спецификације за партију 3 - Сет уводник за феморални приступ од polypropylene без игле или сет од polypropylene са иглом?

**Одговор наручиоца:**

За наручиоца је прихватљив сет са иглом, како је и наведено у спецификацији конкурсне документације за партију 3.

***Питање 4.***

Да ли је за наручиоца прихватљив One step сет за пункцију 5F 17cm или 6-8F 25cm

**Одговор наручиоца:**

Наручилац прихвата One step сет за пункцију дужине 25cm, 6Fr, односно како је и наведено у спецификацији конкурсне документације за партију 11.

**Питање 5.**

Да ли ће се понуда за партију 4 сматрати одговарајућом уколико се понуди тражени сет уводник дужине 24cm, а у свему осталом у складу са захтевом наручиоца.

**Одговор наручиоца:**

Понуда ће се сматрати одговарајућом уколико се понуди уводник дужине 24cm за партију 4..

Наручилац ће у вези са наведеним извршити измену конкурсне документације за партије 1, 2 и 4.

Дн:

- порталу ЈН

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈН ОП 26Д/17