



Број: 5825/5-1
Датум: 17.06.2017.год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – санитарски потрошни и остали медицински по партијама за период до шест месеци, ЈН ОП 38Д/17, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Заинтересовано лице је тражило додатно појашњење у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:

Питање 1.

За партију бр. 6, ставка 1, наручилац је навео поред осталог да се следеће вредности доказују лабораторијским тестовима:

Дебљина (једнострука) у подручју длана 0,16mm - 0,20mm (вредност се доказује тестом независне овлашћене лабораторије). Пропустљивост према EN455-1: $AQL \leq 1$ (вредност се доказује тестом овлашћене независне лабораторије). Сила кидања $\geq 12N$. С обзиром да су наведене карактеристике општег типа и контролишу се током процеса производње од стране произвођача, да ли прихватате да се тражене карактеристике докажу предавањем каталога?

Одговор наручиоца:

Наручилац ће прихватити и понуде понуђача који тражене карактеристике докажу достављањем каталога.

Дн:
- порталу ЈН

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 38Д/17