

Број 6279/5-2
Датум: 17.07.2017.год.

На основу чл.63 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" 124/12,14/15 и 68/15), у поступку ЈН ОП 39Д /17– систем за компијутерску радиографију, робот снимач, наручилац врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се : на страни 5 и на страни 29-31:

- У партији 1 ставка 1.15 и 1.16 које треба да гласе:

1.15.	Касете високе резолуције (10 piksela/mm) за стандардну радиографију 24x30cm :5 комада
1.16	Касете високе резолуције (10 piksela/mm) за стандардну радиографију 35x45cm :5 комада

- У партији 3 редни бројеви ставки који почињу са 3. Ставка 3.12 гласи

3.12	Процесор најмање 2.0 GHz, хард диска минимум 100GB, RAM меморија минимум 4 Gb, CD/DVD резач, тастатура, миш
------	---

А ставка 3.15 постаје ставка 3.13

- На страни 8 и 9 тачке 3.1.4. и 3.2.4. се мењају и гласе:

У случају да решење АЛИМС-а не гласи на име понуђача, потребно је доставити писмо о ауторизацији издато од стране носиоца дозволе Решења АЛИМС-а који обезбеђује следљивост између произвођача и понуђача.

Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, односно не подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012), понуђач је у обавези да достави доказ издат од Агенције за лекове и медицинска средства да предмет набавке не подлеже регистрацији.

У складу са извршеном изменом наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације

Дн:

- порталу ЈН
- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 39Д/17