



BEŽANIJSKA KOSA

**KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR
BEŽANIJSKA KOSA**

Bežanijska kosa bb
11000 Beograd
tel.: +381 11 30 10 700
fax: +381 11 30 10 701

Број: 6268/5-2
Датум: 07.08.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема – операционе лампе ЈН ОП 37Д/17

Измена конкурсне документације се односи на:

- **на страни 5** - техничка спецификација, мењају се ставке 1.5, 2.5 и 3.5, тако да сада гласи:

назив добра		количина	Процењена вредност без ПДВ-а
ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ		2 ком	3.333.333,33
1. Минималне техничке карактеристике			
1.1	За плафонску монтажу		
1.2	Конструкција лампе од лаког и отпорног материјала, Главно светло и сателит на истом стубу		
1.3	Систем хируршког осветљења базиран на ЛЕД технологији високих перформанси		
1.4	Век рада: од 60.000 сати и више		
1.5	Јачина светлости: главно светло 160.000 Lux или више светло сателита 120.000 Lux или више		
1.6	Хомогени сноп светлости које не ствара сенке		
1.7	Повећање температуре у нивоу главе хирурга: мање од 1С°		

1.8	Стерилна ручица у средини сваке лампе и бочне нестерилне ручице
1.9	Могућност ротације лампе у свим правцима
1.10	Мигућност интеграције лампе у информациони систем ОП сале
1.11	Фабрички предвиђено место за уградњу видео HDкамере
2. Техничка спецификација главног светла	
2.1	Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље
2.2	Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина
2.3	Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Ra при 3900 Келвина
2.4	Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m ²)
2.5	Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm
2.6	Амбијетално светло
2.7	Аутоматска контрола интензитета светла
3. Техничка спецификација сателита лампе	
3.1	Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље
3.2	Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина
3.3	Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Ra при 3900 Келвина
3.4	Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m ²)
3.5	Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm
3.6	Амбијетално светло
3.7	Аутоматска контрола интензитета светла

- на страни 28 и 29 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења, тако да сада гласи:

**- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈН ОП 37Д/17 –
- Операционе лампе -**

Назив добра	Кол.	Јед. цена у дин. без ПДВ-а	Укупна цена у дин. без ПДВ-а	Износ ПДВ-а у дин.	Укупна цена у дин. са ПДВ-ом	Понуђени модел и произвођач/ земља порекла
ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ	2 КОМ.					
1. Минималне техничке карактеристике: 1.1. За плафонску монтажу; 1.2. Конструкција лампе од лаког и отпорног материјала, Главно светло и сателит на истом стубу; 1.3. Систем хируршког осветљења базиран на ЛЕД технологији високих перформанси; 1.4. Век рада: од 60.000 сати и више; 1.5. Јачина светлости: главно светло 160.000 Lux или више светло сателита 120.000 Lux или више; 1.6. Хомогени сноп светлости које не ствара сенке; 1.7. Повећање температуре у нивоу главе хирурга: мање од 1С°; 1.8. Стерилна ручица у средини сваке лампе и бочне нестерилне ручице; 1.9. Могућност ротације лампе у свим правцима; 1.10. Мигућност интеграције лампе у информациони систем ОП сале; 1.11. Фабрички предвиђено место за уградњу видео HD камере.						
2. Техничка спецификација главног светла: 2.1. Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље; 2.2. Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина; 2.3. Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Ra при 3900 Келвина; 2.4. Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2);						

2.5. Дубина светлосног снопа од 100 до 110см; 2.6. Амбијетално светло; 2.7. Аутоматска контрола интензитета светла.						
3. Техничка спецификација сателита лампе: 3.1. Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље; 3.2. Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина; 3.3. Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Ra при 3900 Келвина; 3.4. Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2); 3.5. Дубина светлосног снопа од 100 до 110см; 3.6. Амбијетално светло; 3.7. Аутоматска контрола интензитета светла.						
<p>Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата и његово пуштање у рад, и сви остали зависни трошкови.</p> <p>Понуђене лампе морају бити нове и некоришћене, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама.</p> <p>Уз добро је потребно испоручити и две (2) стерилне дршке по лампи</p>						

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 37Д/17.

Дн:

- порталу ЈН
- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 37Д/17