



**BEŽANIJSKA KOSA**

**KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR  
BEŽANIJSKA KOSA**

Bežanijska kosa bb  
11000 Beograd  
tel.: +381 11 30 10 700  
fax: +381 11 30 10 701

Број: 2339/5-2  
Датум: 21.08.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

### ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема – аспиратори, ЈН ОП 34Д/17

Измена конкурсне документације се односи на:

- **на страни 5** - техничка спецификација, мења се тако да сада гласи:

АСПИТАТОРИ		количина	Процењена вредност
<i>Минималне техничке карактеристике</i>			
Ставка 1. Аспиратор		1 ком.	
1.1	Електрични портабилни аспиратор		
1.2	Посуда за сукцију 1000 – 2000 мл		
1.3	Аспирација са протоком ваздуха 16л/мин.		
1.4	Антибактеријски филтер		
Ставка 2. Аспиратор за централни вакум		3 ком.	
2.1	Монтажа на шину, директни или на конструкцији са точковима		
2.2	Вакумски аспиратор		
2.3	Регулатор вакума – 0-1 бар		
2.4	Посуда за аспирацију 2000 – 4000 мл са сигурносном посудом за преливање		
2.5	Капацитет сукције 40 л/мин., 25 л/мин. Код улаза 0,6 бар		
	Уз атарат је потребно испоручити сав неходни пратећи материјал		
		Укупно	250.000,00

- на страни 28 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се тако да сада гласи:

**- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈН ОП 34Д/17 –  
Аспиратори**

Цистоскоп са радник каналом за литотрипсије у бешици (Richard Wolf или одговарајући) 1ком.		количина	Јед. цена у дин. без ПДВ-а	Укупна цена у дин. без ПДВ-а	Износ ПДВ-а у дин.	Укупна цена у дин. са ПДВ-ом	Понуђени модел и произвођач/ земља порекла
<i>Минималне техничке карактеристике</i>							
Ставка 1. Аспиратор		1 ком.					
1.1	Електрични портабилни аспиратор						
1.2	Посуда за сукцију 1000 – 2000 мл						
1.3	Аспирација са протоком ваздуха 16л/мин.						
1.4	Антибактеријски филтер						
Ставка 2. Аспиратор за централни вакум		3 ком.					
2.1	Монтажа на шину, директни или на конструкцији са точковима						
2.2	Вакумски аспиратор						
2.3	Регулатор вакума – 0-1 бар						
2.4	Посуда за аспирацију 2000 – 4000 мл са сигурносном посудом за преливање						
2.5	Капацитет сукције 40 л/мин., 25 л/мин. Код улаза 0,6 бар						
Уз атарат је потребно испоручити сав неходни пратећи материјал							
		Укупно					
		<p><i>Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата и његово пуштање у рад, и сви остали зависни трошкови.</i></p> <p><i>Понуђени респиратор мора бити нов и некоришћен, из текуће производње и по квалитету мора да у потпуности одговара траженим техничким карактеристикама</i></p>					

Датум

МП

Потпис понуђача

**- мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи:**

„Рок за подношење понуде је **30.08.2017. године до 10:00 часова**.

Понуда се сматра **благовременом** ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно са **30.08.2017. године до 10:00 часова**, без обзира на начин достављања.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са **30.08.2017. године до 10:00 часова**, без обзира на начин достављања.

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **30.08.2017. године, у 12:00 часова**. на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, Бежанијска коса бб, III спрат - Конференцијска сала.“

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 34Д/17.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈН ОП 34Д/17