



Број: 2339/5-1
Датум: 21.08.2017.год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – медицинска опрема – аспиратори, ЈН ОП 34Д/17, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице је тражило додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у виду следећег питања:

Питање 1.

У конкурсној документацији на страни 5 и на страни 28 где су дате тражене техничке карактеристике које треба доказати под ставком 2.3 тражили сте: “Регулатор вакуума – 0-1 бар или 0-0,25 бар”

Да ли је тражена карактеристика 0-1 или 0-0,25 бар? Исправну понуду заинтересовани понуђачи могу да доставе уколико одлучите какав регулатор вакуума вам је потребан. Већина понуђача може да понуди и један и други тип апарата, али да би се могле упоређивати понуде потребно је да се прецизира захтев.

Одговор наручиоца:

Тражена карактеристика за ставку 2.3 је „Регулатор вакуума – 0-1 бар“. Наручилац ће у складу са наведеним изменити конкурсну документацију.

Питање 2.

У конкурсној документацији на страни 5 и на страни 28 где су дате тражене техничке карактеристике које треба доказати под ставком 2.5 и 2.6 тражили сте:

“Снага сукције 0,9 бар”

“Улазни притисак минимум 0,6 бар”

Обзиром да се ради о аспиратору чији је погон на централни вакуум – те тражене карактеристике зависе од система централног вакуума тј. од снаге вакуум пумпи вашег система. Већина понуђача може да понуди производ који може да подржи те захтеве али ни на који начин то не може да обезбеди опрема коју сте тражили.

Одговор наручиоца:

Прихвата се, наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће избрисати ставке 2.5 и 2.6.

Дн:

- порталу ЈН

- интернет страници наручиоца