



Број: 10979/5-1
Датум: 12.01.2018. год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину, ЈН ОП 92Д/17, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице је тражило додатно појашњење у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:

Питање 1.

На страни 13/43 конкурсне документације у ставци к) критеријум за избор најповољније понуде стоји да је: критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. На који начин ће се бодовати ставке из партије бр. 5 – Интрамедуларни клинови и да ли ће бити прихваћене у разматрање и понуде понуђача који могу да понуде предмет јавне набавке који својим квалитетом задовољава све светске стандарде у погледу квалитета?

Одговор наручиоца:

Разматраће се оне понуде које су благовремене, које немају битне недостатке, које су одговарајуће, односно испуњавају све захтеве из спецификације за све ставке у оквиру партије, које не условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и које не прелазе износ процењене вредности предметне набавке.

Питање 2.

Да ли ће бити прихваћене понуде понуђача за партију 5 следећих карактеристика:

- ставка 1 - Закључавајући интрамедуларни клин од титанијума за тибију са могућношћу имплантације клина римујући или не римујући тибијални канал, са најмање шест расположивих дијаметара пречника клина и најмање 12 расположивих дужина клина;
- ставка 2 - Шrafoви од титанијума за закључавање интрамедуларног клина за тибију;
- ставка 3 - Закључавајући интрамедуларни клин од титанијума за дијафизу фемура, са могућношћу антероградне и ретроградне имплантације, римујући или не римујући феморални канал, са најмање шест расположивих дијаметара пречника клина и најмање 12 расположивих дужина клина;
- ставка 4 - Шrafoви од титанијума за закључавање интрамедуларног клина за дијафизу фемура;
- ставка 5 - Закључавајући интрамедуларни клин, кратки (дужине 170-240mm) или дуги (дужине 300-420mm), за проксимални крајак фемура са могућношћу цементне аугментације кроз главеновратни клин, могућност статичког и динамичког закључавања клина са припадајућим шrafoвима (канулирано, перфорирано, спирално, антиротационо сечиво 75-130mm и кортикални шrafoви за закључавање клина дијаметра 4,9mm), јединствен систем од титанијума;
- ставка 6 - Закључавајући интрамедуларни клин од легуре титанијума, са закључавајућим шrafoм за ангуларну стабилност, са могућношћу антероградне и ретроградне имплантације, римујући или не римујући хумерални канал, са најмање три расположивих дијаметара пречника клина и најмање 15 расположивих дужина клина, стерилисан;
- ставка 7 - Шrafoви самонарезујући за закључавање интрамедуларног клина, дијаметра 4.0mm, стерилисан;

- ставка 8 - Закључавајући интрамедуларни клин од легуре титанијума, са закључавајућим шрафом за ангуларну стабилност, кратки дужине 150mm и дуги дужине 190-320mm, са могућношћу антероградне и ретроградне имплантације, са припадајућим самонарезајућим шрафовима од титанијума 4,0mm, стерилисан.

Одговор наручиоца:

За партију 5 биће прихваћене понуде клинова и шrafoва који су од нерђајућег медицинског челика или од легуре титанијума.

Дн:

- порталу ЈН

- интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 92Д/17