



Број: 201/6-9
Датум: 06.03.2018. год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – санитарски и други потрошни материјал по партијама за период до годину дана, ЈН ОП 7Д/18, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересована лица су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:

Питање 1.

Да ли су за партију 57 прихватљиве игле за портокат следећих карактеристика: Игла за портокат, дијаметра 19G и 20G, дужине 19mm и 25mm?

Одговор наручиоца:

Наручилац је 05.03.2018. године извршио измену спецификације за партију 5, тако што је избрисана ставка 2, а ставка 1 је измењена.

Прихватљиве су игле за портокат следећих карактеристика:

„Сигурносне “non-coating” закривљене игле са ергономским крилцима и транспарентном базом за приступни порт за инфузију (хемотерапију, парентералну исхрану, антибиотску терапију, трансфузију и узорковање крви), DEHP/ Latex free, са могућношћу употребе током MRI скенирања, игла треба да поседује спону за тренутни прекид инфузије, димензије игле: 19G, 20G и 22G, дужина каниле 15mm, 20mm, 25mm, 32mm и 38mm“

Питање 2.

Да ли ће се за партију 19. ставка 1. прихватити филтери који се минимално разликују од захтеваних спецификација, а који, са друге стране, имају боље техничке карактеристике од захтеваних, односно да ли ће с прихватити филтери са већим опсегом тидал волумена: 150-1500 мл?

Одговор наручиоца:

Наручилац је 05.03.2018. године извршио измену спецификације за партију 19, ставка 1.(мртав простор 35-65mm, tidal волумен мин. 150 до 1500 ml).

Дн:

- порталу ЈН

- интернет страници наручиоца

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 7Д/18**