



Број: 2577/5-3  
Датум: 20.06.2018. год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – Инфузионе и шприц пумпе по партијама, ЈН ОП 34Д/18, даје

### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Заинтересована лица су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:

#### ***Питање 1:***

##### **Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Врста јединице: Мултифункционална, преносива, волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова, парентералне, ентералне хране и крви

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: Врста јединице: Мултифункционална, преносива, волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова и парентералне хране?

#### **Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди инфузиону пумпу за повремену или континуирану испоруку лекова и парентералне хране.

#### ***Питање 2:***

##### **Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Концентрације или количини лека у  $\mu\text{g}$ , mg, IU, mmol, или mEq по ml

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: концентрације или количини лека у  $\mu\text{g}$ , mg или IU по ml?

#### **Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди концентрацију или количину лека у  $\mu\text{g}$ , mg или IU по ml.

#### ***Питање 3:***

##### **Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова с могућношћу груписања лекова у минимум 10 категорија (с параметрима о дози, болусу те границама брзине дозирања)

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова?

#### **Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

#### ***Питање 4:***

##### **Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Начин рада с повременим унапред заданим испорукама болуса

Да ли је прихватљиво да се ова ставка укљони из техничких карактеристика?

#### **Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 5:**

**Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (већих од 0,01 ml).

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (већих од 0,05 ml)?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (већих од 0,05 ml).

**Питање 6:**

**Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Тежина: до 2 кг

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Тежина: до 2,5 кг?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу тежине до 2,5кг.

**Питање 7:**

**Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Батерија NiMH, са могућношћу промене без употребе алата, и капацитетом 8h при 25ml/h и временом пуњења до 100% за просечно 6h

Да ли је прихватљиво да се понуди Li-Ion батерија?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу са литијумском батеријом (Li-Ion батерија), односно која има карактеристике, односно одговарајући капацитет у складу са наведеним у техничкој спецификацији из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**Питање 8:**

**Партија 1 – Инфузионе пумпе**

**Ставка:** Рад пумпи у пољу магнетног зрачења

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 9:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка :** Врста јединице: Мултифункционална, преносива, инфузиона шприц пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова и ентералне хране.

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Врста јединице: Мултифункционална, преносива, инфузиона шприц пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу за повремену или континуирану испоруку лекова.

**Питање 10:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Мах. болус: 1.800 ml/h

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Мах. болус: 1.500 ml/h?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу којој је Мах. болус: 1.500 ml/h.

**Питање 11:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Подржава величине шприца: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, различитих произвођача  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Подржава величине шприца: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, различитих произвођача?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача која у понуди нема величину шприца 2/3ml.

**Питање 12:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Концентрацији или количини лека у  $\mu\text{g}$ , mg, IU, mmol, или mEq по ml  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : концентрацији или количини лека у  $\mu\text{g}$ , mg или IU по ml?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди концентрацију или количину лека у  $\mu\text{g}$ , mg или IU по ml.

**Питање 13:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова с могућношћу груписања лекова у минимум 10 категорија (с параметрима о дози, болусу те границама брзине дозирања)  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 14:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Контрола аналгезије од стране пацијента (РСА)  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 15:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Терапијски профили  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 16:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Тежина: до 2 кг  
Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Тежина: до 2,5 кг?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу тежине до 2,5кг.

**Питање 17:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Батерија NiMH, са могућношћу промене без употребе алата, и капацитетом 8h при 25ml/h и временом пуњења до 100% за просечно 6h  
Да ли је прихватљиво да се понуди Li-Ion батерија?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу са литијумском батеријом (Li-Ion батерија), односно која има карактеристике, односно одговарајући капацитет у складу са наведеним у техничкој спецификацији из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**Питање 18:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

**Ставка:** Рад пумпи у пољу магнетног зрачења

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 19:**

**Партија 1 – Инфузионе пумпе**

Да ли прихватате пумпу која нема опцију riggyback-а, али има секвенцијални мод, који је сличан функцији riggyback-а где се могу подесити више индивидуалних инфузија, али се не могу мењати и пребацити међусобно већ иду једна за другом?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

**Питање 20:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

Да ли прихватате пумпу којој је максимални болус 1500 ml/h?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу којој је Max. болус: 1.500 ml/h.

**Питање 21:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

Да ли прихватате пумпу која у понуди нема величину шприца од 2/3 ml али има могућност калибрације на дату величину шприца?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац неће одбити понуду понуђача која у понуди нема величину шприца 2/3ml, али има могућност калибрације на дату величину шприца.

**Питање 22:**

**Партија 2 – Шприц пумпе**

Да ли прихватате пумпу која не поседује TCI опцију – циљану контролисану инфузију?

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.

Дн:

- порталу ЈН

- интернет страници наручиоца