

Број: 5904/5-1
Датум: 13.08.2018.године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама за период до годину дана по партијама, ЈН ОП 7У/18, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице је тражило појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:

1. За партију 1 - Апарати произвођача Drager, на страни 7. конкурсне документације, у делу кадровског капацитета, тражи се да понуђачи имају најмање 3 сервисера, са важећим сертификатима произвођача, у сталном радном односу и/или 3 сервисера, са важећим сертификатима произвођача, ангажована на одређено време по уговору о раду, уговору о делу, уговору о повременим и привременим пословима у моменту пре објављивања позива за јавну набавку, а што доказују копијом потврде о пријави на РФПИО или централни регистар социјалног осигурања (копија образца М3А, М1/М2, М-А или М1С3) којим се доказује да је сервисер запослен код понуђача и/или копија уговора уколико сервисер није запослен код понуђача и копијом важећих сертификата за обученост три сервисера издати од стране произвођача опреме, за сваку групу тј. тип апарата.

Потребно је да наручилац изврши измену конкурсне документације у делу који се односи на моменат ангажовања сервисера, односно, да се дозволи да понуђачи могу ангажовати сервисера све до момента предаје понуда, а све како би се омогућило понуђачима да за овај конкретан поступак јавне набавке могу ангажовати сервисера са сертификатима издатим од произвођача опреме.

2. У оквиру кадровског капацитета наведено је да ће се за партију 1. за апарат Oxylog 1000, прихватити и понуде понуђача који доставе сертификат за обученост сервисера за апарат Oxylog 2000 и изјаву или неки други доказ произвођача да су сервисери који имају сертификат за Oxylog 2000 обучени да сервисирају и апарат Oxylog 1000.

Потребно је изменити конкурсну документацију на један од следећих начина:

- издвојити апарат Oxylog 1000 у посебну партију или
- оставити све апарате у једној партији, а за апарат Oxylog 1000 прихватити да се уместо сертификата доставе референтне листе из којих се може утврдити да је понуђач вршио услугу сервиса и поправке наведеног апарата или
- прихватити да се уместо сертификата за Oxylog 1000 доставе сертификати за истородну групу апарата (Oxylog 2000, Oxylog 2000+, Oxylog 3000, Oxylog 3000+), без изјаве или било каквог другог доказа издатог од произвођача опреме.

3. На страни 25. конкурсне документације, у делу VII спецификација услуга по партијама наведено је да су пацијент монитори који су предмет набавке за партију 1: Апарати произвођача Drager, пацијент монитори Vamos -2 комада и пацијент монитори DeltaXL - 2 комада, а у делу табеле код описа сервисне



интервенције наведено је Инспекција Gamma/Gamma XL/V и инспекција Delta/DeltaXL. Да ли је у питању грешка јер се опрема која је предмет набавке (пацијент монитори Vamos и DeltaXL) разликује од монитора за које се тражи цена за инспекцију?

4. У конкурсној документацији за апарат Oxylog 1000, наведено је да је укупан број апарата 5. У делу табеле у којој понуђачи уписују цену, тражи се цена за инспекцију апарата без навођења броја инспекција. Да ли понуђачи уписују цену за инспекцију за један апарат Oxylog 1000 или збирно, за свих 5 апарата?

Одговори наручиоца:

1. Понуђачи могу ангажовати сервисера све до момента предаје понуда, а Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
2. Наручилац остаје у свему из конкурсне документације што се односи на апарат Oxylog 1000.
3. Ради се о техничкој грешки, наручилац ће изменити конкурсну документацију.
4. Радни сат и цена сервисне интервенције се уписује само за један апарат Oxylog 1000.

Дн:

- порталу ЈН
- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ОП 7У/18