



Број: 6268/5-1  
Датум: 07.08.2017.год.

На основу члана 63. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – медицинска опрема - операционе лампе, ЈН ОП 37Д/17, даје

### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересовано лице је тражило додатно појашњење у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:**

***Питање 1.***

Ставка 1.5: Светло сателита 140.000 Lux или више

Да ли је могуће понудити лампу која поседује сателит јачине светла 120.000 Lux јер је то оптимална јачина светла сателита коју поседују скоро сви произвођачи и која представља сасвим довољну количину осветљења за све хируршке процедуре?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац ће прихватити лампу која поседује сателит јачине светла 120.000 Lux.

***Питање 2.***

Ставке 2.5 и 3.5: Дубина светлосног снопа од 10 до 110 cm

Претпостављамо да је дошло до техничке грешке и да би дубина светлосног снопа требала да буде од 100 до 110 cm јер је то номинална вредност код већине произвођача па Вас сходно томе молимо да ову ставку исправите.

**Одговор наручиоца:**

Ради се о техничкој грешки, код ставке 2.5 и 3.5 треба да стоји „Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm“.

Наручилац ће у складу са наведеним извршити измену конкурсне документације.

Дн:

- порталу ЈН

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈН ОП 37Д/17**